

## Konformitätserklärung

### *Declaration of Conformity*

Wir /We                      Fuhrmann GmbH  
   Bövingen 139  
   D – 53804 Much

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt (die Produktgruppe)  
*declare on our own responsibility that the product (group of products)*

## **Einmalinstrumente Episiotomieschere steril** ***Single-Use Episiotomy Scissors sterile***

die Grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG erfüllt.  
*meets the essential requirements of the Directive 93/42/EEC.*

Konformitätsbewertungsverfahren  
*Conformity Assessment Procedure*

Anhang V und VII  
*Annex V and VII*

Klassifizierung, Regel  
*Classification, Rule*

Klasse IIa, Regel 6  
*Class IIa, Rule 6*

Benannte Stelle  
*Notified Body*

TÜV NORD CERT GmbH  
Langemarckstraße 20  
D-45141 Essen

Kennnummer Benannte Stelle  
*Identification Number Notified Body*

0044

Zertifikatnummer  
*Certificate Number*

44 235 200787

Gültig bis  
*Valid until*

26. Mai 2024  
*May 26<sup>th</sup>, 2024*

Artikelnummern  
*Article Numbers*

Siehe Anlage I  
*See Attachment I*

Much, 26.05.2020  
Ort, Datum  
*Place, Date*



i.A. Anke Brenner  
Qualitätsmanagementbeauftragte  
*Quality Management Representative*

<b>Konformitätserklärung</b>
------------------------------

<b><i>Declaration of Conformity</i></b>
---

Anlage I  
*Attachment I*

<b>Art.-Nr.</b> <i>Art. - No.</i>	<b>Artikelbezeichnung</b> <i>Article description</i>
36937-3	Einmal-Episiotomieschere nach Braun/Stadler, 14,5 cm, steril <i>Single-Use Episiotomy Scissors Braun/Stadler, 14.5 cm, sterile</i>