

Konformitätserklärung***Declaration of Conformity***

Wir /We Fuhrmann GmbH
 Bövingen 139
 D-53804 Much

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt (die Produktgruppe)
declare on our own responsibility that the product (group of products)

Einmalinstrumente Wundhaken steril
Single-use Retractor sterile

die Grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG erfüllt.
meets the essential requirements of the Directive 93/42/EEC.

Konformitätsbewertungsverfahren
Conformity Assessment Procedure

Anhang V und VII
Annex V and VII

Klassifizierung, Regel
Classification, Rule

Klasse IIa, Regel 6
Class IIa, Rule 6

Benannte Stelle
Notified Body

TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstraße 20
D-45141 Essen

Kennnummer Benannte Stelle
Identification Number Notified Body

0044

Zertifikatnummer
Certificate Number

44 235 200787

Gültig bis
Valid until

26. Mai 2024
May 26th, 2024

Artikelnummern
Article Numbers

Siehe Anlage I
See Attachment I

Much, 25.05.2021
Ort, Datum
Place, Date



i.A. Anke Brenner
Qualitätsmanagementbeauftragte
Quality Management Representative

Konformitätserklärung

<i>Declaration of Conformity</i>

Anlage I
Attachment I

Art.-Nr. <i>Art. - No.</i>	Artikelbezeichnung <i>Article description</i>
36419-3	Einmal-Wundhaken-Kombination, 16,5 cm, steril <i>Single-Use Retractor Combination, 16,5 cm, sterile</i>
360017-3	Einmal-Lidhaken Desmarres, 12 mm x 160 mm, steril <i>Single-Use Lid Retractor Desmarres, 12 mm x 160 mm, sterile</i>
360013-3	Einmal-Weitlaner, stumpf, 130 mm <i>Single-Use Weitlaner, blunt, 130 mm</i>
360014-3	Einmal-Weitlaner, scharf, 130 mm <i>Single-Use Weitlaner, sharp, 130 mm</i>