



## **BROWNE PRÜFANSCHMUTZUNGSTEST FÜR REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONSGERÄTE**

entspricht DIN EN ISO 15883-5

Artikelnummer: 200700

Hersteller: Steris Browne

**Preis: 142,83 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Der Prüfanschmutzungstest für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte von BROWNE simuliert die Verunreinigung, die gewöhnlich während der Verwendung im OP vorkommt und funktioniert dabei ähnlich wie der „Edinburgh Soil“-Test. Die Wirksamkeit des Reinigungsgerätes wird gemäß der Norm ISO/TS 15883-5 nachgewiesen.

Hierzu wird einer der Behälter, die das Testmaterial in Pulverform enthalten, bis zur Markierung mit Wasser gefüllt, die Kappe wieder aufgesetzt, der Behälter kräftig geschüttelt und das Material auf die Instrumente aufgetragen. Nach einer 30-minütigen Trocknungsphase sollte die Testcharge mit dem normalen Verfahren gereinigt werden und anschließend auf Rückstände der Verunreinigung geprüft werden. Das leichte Erkennen von nicht gereinigten Bereichen wird durch die rote Farbe des Testmaterials gewährleistet. Das Testmaterial ist ungiftig und enthält keine Blutprodukte.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Indikator

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

geeignet für Textilien: Nein

geeignet für Hohlkörper: Nein

geeignet für Endoskope: Nein

Indikatortyp: Reinigungsindikator

Norm: DIN EN ISO 15883-5