



BROWNE TST CONTROL EMULATIONSINDIKATOREN 134°C 4 MIN. /121°C 12 MIN.

entspricht DIN EN ISO 11140-1(2) Klasse 6

Artikelnummer: 200705

Hersteller: Steris Browne

Preis: 20,94 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die TST CONTROL Emulationsindikatoren von BROWNE werden zur Verifizierung des Sterilisationsprozesses genutzt. Die bleifreie Technologie ist normkonform und entspricht DIN ISO 11140-1(2) Klasse 6. Die emulierenden Indikatoren können bei 134°C für vier Minuten oder bei 121°C für zwölf Minuten sterilisiert werden und zeigen durch einen deutlichen Farbumschlag von gelb zu violett den erfolgreichen Sterilisationszyklus an.

Spezifikation:

Art des Artikels: Indikator

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

geeignet für Textilien: Nein

geeignet für Hohlkörper: Nein

geeignet für Endoskope: Nein

Indikatortyp: Sterilisationsindikator

Norm: DIN EN ISO 11140-1

Indikatorklasse: Klasse 6

geeignet für Sterilisationsart: Dampf Klasse S