



MESALABS AUTOCHECK-KIT LL INDIKATORKLASSE 2, BLEIFREI

mehrfach verwendbares Bowie-Dick-Testpaket

Artikelnummer: 201054

Hersteller: MesaLabs

Preis: 73,97 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das AutoCheck-Kit II von MesaLabs dient zur täglichen Kontrolle der erfolgreichen Luftentleerung und Dampfdurchdringung während der Sterilisation. Ein erfolgreicher Test zeigt, dass Luft und andere nicht kondensierbare Gase wirksam entfernt wurden. Wird der chemische Indikatorbogen über einen bestimmten Zeitraum einer spezifischen Kombination von Temperatur und Dampf ausgesetzt, zeigt er einen deutlichen Farbumschlag von Blau zu Schwarz.

Der Farbumschlag geschieht gleichmäßig, wenn keine Luft oder andere nicht kondensierbare Gase in der Kammer vorhanden sind und der Dampf schnell und vollständig den Indikatorbogen erreicht. Funktioniert das Gerät allerdings nicht einwandfrei, sammeln sich die Gase zur Mitte des Bogens hin als Luft- bzw. Gaseinschuss und bewirken einen ungleichmäßigen Farbumschlag. Die beiden enthaltenen Testpakete sind jeweils 15-mal verwendbar, das Kit reicht also für 30 Anwendungen. Die Anwendung erfolgt bei 134°C für dreieinhalb Minuten in Dampfsterilisatoren mit fraktioniertem Vorvakuum, die Testpakete entsprechen DIN EN ISO 11140-4.

Hinweis: Zu verwenden mit CCS-Druckhalter (nicht enthalten).

Art des Artikels: Indikator

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

geeignet für Textilien: Ja

geeignet für Hohlkörper: Nein

geeignet für Endoskope: Nein

Indikatortyp: Sterilisationsindikator

Norm: DIN EN ISO 11140-4

Indikatorklasse: Klasse 2

geeignet für Sterilisationsart: Dampf Klasse B