



3M COMPLY STERIGAGE INTEGRATOR KLASSE 5, 100 STÜCK

zur Kontrolle der Dampfsterilisation

Artikelnummer: 204181

Hersteller: 3M

Preis: 70,87 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der chemische Integrator Klasse 5 des Herstellers 3M wird zur Chargenfreigabe bei Dampfsterilisationsprozessen genutzt. Während des Prozesses überwacht der Indikator die kritischen Parameter. Der Indikator erfüllt die Empfehlungen des Robert-Kochs-Instituts zur Infektionsprävention sowie ISO 11140-1, EN 867-5 und EN 867-2.

Der Chemoindikator entspricht dem Anzeigeverhalten eines Bioindikators und der Farbumschlag verläuft parallel zur Absterbekurve eines biologischen Indikators. Ist kein Farbumschlag erfolgt, muss die Ladung im Autoklaven erneut sterilisiert werden.

Hinweis: Dieser Test ist nicht als Dampfdurchdringungstest für Hohlkörper geeignet.

Spezifikation:

Art des Artikels: Indikator

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;Ve

geeignet für Textilien: Nein

geeignet für Hohlkörper: Nein

geeignet für Endoskope: Nein

Indikatortyp: Sterilisationsindikator

Norm: DIN EN ISO 11140-1;EN 867-5;EN 867-2

Indikatorklasse: Klasse 5

geeignet für Sterilisationsart: Dampf Klasse S