



## MESALABS BD-CHECK LL INDIKATORKLASSE 2, BLEIFREI

Dampfdurchdringungstest, 30 Stück

Artikelnummer: 201052

Hersteller: MesaLabs

**Preis: 153,13 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Das alternative Bowie-Dick-Testsystem von MesaLabs dient zur täglichen Kontrolle der erfolgreichen Dampfdurchdringung während der Sterilisation. Ein erfolgreicher Test zeigt, dass Luft und andere nicht kondensierbare Gase wirksam entfernt wurden. Wird der chemische Indikatorbogen im Zentrum des Pakets über einen bestimmten Zeitraum einer spezifischen Kombination von Temperatur und Dampf ausgesetzt, zeigt er einen deutlichen Farbumschlag von Blau zu Schwarz.

Der Farbumschlag geschieht gleichmäßig, wenn keine Luft oder andere nicht kondensierbare Gase in der Kammer vorhanden sind und der Dampf schnell und vollständig in das Testpaket eindringen kann. Funktioniert das Gerät allerdings nicht einwandfrei, sammeln sich die Gase zur Mitte der Packung hin als Luft- bzw. Gaseinschuss und bewirken einen ungleichmäßigen Farbumschlag. Die 30 enthaltenen Testpakete im Format DIN A6 sind für eine Indikationstemperatur von 134°C in Dampfsterilisatoren mit fraktioniertem Vorvakuum vorgesehen und entsprechen DIN EN ISO 11140-1.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Indikator

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

geeignet für Textilien: Ja

geeignet für Hohlkörper: Nein

geeignet für Endoskope: Nein

Indikatortyp: Sterilisationsindikator

Norm: DIN EN ISO 11140-1

Indikatorklasse: Klasse 2

geeignet für Sterilisationsart: Dampf Klasse B