



## MEDI PACK BOWIE-DICK EINMALTESTPAKETE

zum Test der Dampfdurchdringung, 28 Stück

Artikelnummer: 201350

Hersteller: Medi Pack

**Preis: 84,00 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Das neu konzipierte Bowie-Dick-Testpaket von MEDI PACK bietet eine optimierte Verpackung, die den üblichen Test auf eine kleinere Größe von 7,5 x 10 x 2 Zentimetern komprimiert. Hierdurch kann pro Test eine signifikante Papiereinsparung und damit letztendlich auch eine Energieeinsparung erreicht werden. Der komprimierte Test hat keine Auswirkungen auf die Nutzung des Tests, die Qualität des Produktes oder die Testergebnisse.

Die Bowie-Dick-Einmaltestpakete von MEDI PACK werden für die tägliche Kontrolle der erfolgreichen Luftentleerung und Dampfdurchdringung im Dampfsterilisator genutzt. Der Funktionstest zeigt ein erfolgreiches Ergebnis über einen eindeutigen Farbumschlag an, der versichert, dass Luft und andere nicht kondensierbare Gase vollständig entfernt wurden. Zur Durchführung des Tests müssen die Pakete nur in die leere Kammer eingelegt werden.

Der Farbumschlag geschieht gleichmäßig, wenn keine Luft oder andere nicht kondensierbare Gase in der Kammer vorhanden sind und der Dampf schnell und vollständig in das Testpaket eindringen kann. Funktioniert das Gerät allerdings nicht einwandfrei, sammeln sich die Gase zur Mitte des Pakets hin als Luft- bzw. Gaseinschuss und bewirken einen ungleichmäßigen

Farbumschlag. Die Anwendung erfolgt bei 134°C für dreieinhalb Minuten oder bei 121°C für 15 Minuten, das Testpaket simuliert ein 7-Kilo-Wäschepaket gemäß DIN EN ISO 11140-4.

**Spezifikation:**

Art des Artikels: Indikator

Abmessungen Tx Bx H: 7,5 cm x 10 cm x 2 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

geeignet für Textilien: Ja

geeignet für Hohlkörper: Nein

geeignet für Endoskope: Nein

Indikatortyp: Sterilisationsindikator

Norm: DIN EN ISO 11140-4

geeignet für Sterilisationsart: Dampf Klasse B