



BROWNE TST BOWIE DICK EINMALTESTPAKETE 121°C, 20 STÜCK

zum Nachweis von Dampfdurchdringung

Artikelnummer: 202994

Hersteller: Steris Browne

Preis: 87,91 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das Bowie-Dick Einmaltestpaket dient zur täglichen Kontrolle der erfolgreichen Dampfdurchdringung während der Aufbereitungsprozesses. Ein erfolgreicher Test zeigt, dass Luft und andere nicht kondensierbare Gase wirksam entfernt wurden. Wird der chemische Indikatorbogen im Zentrum des Pakets über einen bestimmten Zeitraum einer spezifischen Kombination von Temperatur und Dampf ausgesetzt, zeigt er einen deutlichen Farbumschlag von Gelb zu Dunkelblau/Violett.

Der Farbumschlag geschieht gleichmäßig, wenn keine Luft oder andere nicht kondensierbare Gase in der Kammer vorhanden sind und der Dampf schnell und vollständig in das Testpaket eindringen kann. Funktioniert das Gerät allerdings nicht einwandfrei, sammeln sich die Gase zur Mitte der Packung hin als Luft- bzw. Gaseinschuss und bewirken einen ungleichmäßigen Farbumschlag. Es sind dann deutlich gelbe oder braune Verfärbungen sichtbar. Die 20 enthaltenen Testpakete sind für eine Indikationstemperatur von 121°C bis 124°C bei einer Haltezeit von acht bis 8,3 Minuten vorgesehen und entsprechen DIN EN ISO 11140-4, Klasse 2.

Spezifikation:

Steri-Tech GmbH Sterilisatoren und Desinfektoren Vertrieb
Max-Berk-Str. 3
69226 Nussloch
Deutschland

Telefon: 06224 98960 90
Telefax: 06224 98960 99
www.steri-shop.de
info@steri-shop.de

Art des Artikels: Indikator

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

geeignet für Textilien: Ja

geeignet für Hohlkörper: Nein

geeignet für Endoskope: Nein

Indikatortyp: Sterilisationsindikator

Norm: DIN EN ISO 11140-4

Indikatorklasse: Klasse 2

geeignet für Sterilisationsart: Dampf Klasse B