BROWNE TST CONTROL EMULATIONSINDIKATOREN 134°C 3,5 MIN. /121ºC 15 MIN.

entspricht DIN EN ISO 11140-1(2) Klasse 6

Artikelnummer: 203019
Hersteller: Steris Browne

Preis: 27,78 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:
Die TST CONTROL Emulationsindikatoren von BROWNE werden zur Verifizierung des Sterilisationsprozesses genutzt. Die bleifreie Technologie ist normkonform und entspricht DIN ISO 11140-1(2) Klasse 6. Die emulierenden Indikatoren können bei 134°C für 3,5 Minuten oder bei 121°C für 15 Minuten sterilisiert werden und zeigen durch einen deutlichen Farbumschlag von gelb zu violett den erfolgreichen Sterilisationszyklus an.

Spezifikation:

Art des Artikels: Indikator

Steri-Tech GmbH Sterilisatoren und Desinfektoren Vertrieb
Max-Berk-Str. 3
69226 Nussloch
Deutschland

Telefon: 06224 98960 90
Telefax: 06224 98960 99
www.steri-shop.de
info@steri-shop.de

Fachbereich:
Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;Op

geeignet für Textilien: Nein

geeignet für Hohlkörper: Nein

geeignet für Endoskope: Nein

Indikatortyp: Sterilisationsindikator

Norm: DIN EN ISO 11140-1

Indikatorklasse: Klasse 6

geeignet für Sterilisationsart: Dampf Klasse S