



STERI-TECH SIEGELNAHTFESTIGKEITSPRÜFUNG FÜR KLARSICHTSCHLÄUCHE UND -BEUTEL

Prüfung Ihrer Folien eines Herstellers

Artikelnummer: 201461

Hersteller: SteriTech

Preis: 84,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Siegelnahtfestigkeitsprüfung ist ein genormtes Prüfverfahren und stellt einen Teil der EN ISO 11607-2 zur Validierung von Verpackungsprozessen dar. Die jährliche Routinekontrolle auf Zugfestigkeit der Siegelnähte dient der Leistungsqualifizierung von Siegelgeräten und wird gemäß der EN 868-5, Anhang D durchgeführt. Die regelmäßig durchgeführte Prüfung bietet Ihnen die Sicherheit, dass Ihr Siegelgerät ordnungsgemäß arbeitet und die Sterilität der Instrumente auch nach der Entnahme aus dem Sterilisator gewährleistet werden kann.

Mit unserem Service erhalten Sie eine Siegelnahtfestigkeitsprüfung nach der offiziellen Leitlinie der DGSV und normkonform zu DIN EN 868-5, Anhang D. Die Prüfung wird für Ihre genutzten Folien eines Herstellers durchgeführt, weitere können Sie über das Auswahlménü hinzufügen. Wählen Sie von jedem Hersteller die breiteste Folie aus. Sollten Sie Folien mit Seitenfalz nutzen, sehen Sie diese bitte wie einen separaten Hersteller an.

Ablauf der Siegelnahtfestigkeitsprüfung:

1. Nach Bestellung erhalten Sie unser Formular zur Siegelnahtfestigkeitsprüfung automatisch per E-Mail. Hierauf finden Sie auch eine kurze Anleitung für die Erstellung der Proben. 2. Die von Ihnen erstellten Proben senden Sie uns mit dem ausgefüllten Formular per Post zu. Achten Sie

dabei darauf, die Proben nicht zu knicken!3. Nach ca. fünf bis sieben Tagen erhalten Sie Ihr Prüfergebnis und einen ausführlichen Prüfbericht per E-Mail zugesandt.

Dieser kann als offizielles Dokument bei Praxisbegehungen vorgelegt werden. Die jährliche Durchführung der Siegelnahtfestigkeitsprüfung ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung des ständigen Prozesses der verbesserten Praxishygiene und bietet so letztendlich Ihnen und Ihren Patienten Sicherheit.

Spezifikation:

Art des Artikels: Festigkeitsprüfung

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Norm: DIN EN 868-5:2019, Anhang D