Ethylenoxid-Indikatorpunkte

Zur Verwendung in Ethylenoxidsterilisatoren

Bestellnummer: 2421
Ethylenoxid-Indikatorpunkte – 1000 Punkte/Box

Entspricht DIN EN ISO 11140-1[2] Klasse 1

Die selbstklebenden Punkte sollten auf der Außenseite jedes zu sterilisierenden Pakets angebracht werden. Nach Durchlaufen des Prozesses ändern sie ihre Farbe und ermöglichen so die Unterscheidung zwischen aufbereiteten und nicht aufbereiteten Chargen.

MVI-Ethylenoxidindikatoren

Der fortschrittliche Indikator ist bleifrei und ungiftig und daher sicher in der Anwendung und umweltfreundlich

Bestellnummer: 2563
MVI-Ethylenoxidindikatoren – 250 Indikatoren/Box

Entspricht DIN EN ISO 11140-1[2] Klasse 4

Die MVI-Ethylenoxidindikatoren werden in Siebe, Pakete und Beutel gegeben, um nachzuweisen, dass das Gas bis zur Indikatorposition vorgedrungen ist.

Ethylenoxidintegratoren

Zur Verwendung in Ethylenoxidsterilisatoren

Bestellnummer: 2420
Ethylenoxid-Integratoren – 100 Indikatoren/Box

Entspricht DIN EN ISO 11140-1[2] Klasse 5

Ethylenoxid-Integratoren sollten in jedes Paket gelegt werden.

Der Kontrollindikator wechselt seine Farbe von rot zu grün, wenn ausreichende Sterilisationsbedingungen erreicht sind. Der Benutzer hat so die Gewissheit, dass die Sterilisation an der Indikatorposition erfolgreich war.

Gamma-/Elektronenstrahlen-Indikatorpunkte

Bestellnummer: 3301
Gamma-/Elektronenstrahlen-Indikatorpunkte – 1000 Punkte/Box

Entspricht DIN EN ISO 11140-1[2] Klasse 1

Die selbstklebenden Punkte sollten auf der Außenseite jedes zu sterilisierenden Pakets angebracht werden. Die Punkte ändern ihre Farbe und ermöglichen so die Unterscheidung zwischen aufbereiteten und nicht aufbereiteten Chargen.

Vapour Strip

Der fortschrittliche Indikator ist sicher in der Anwendung und umweltfreundlich

Bestellnummer: 2501
Vapour Strip – 200 Indikatoren/Box

Entspricht DIN EN ISO 11140-1[2] Klasse 4

Die Indikatorstreifen Vapour Strips dienen der Überwachung des Sterilisationssystems STERRAD® und V-Pro™. Vapour Strip ist für die Verwendung in den Sterilisatoren STERRAD® und V-Pro™ validiert.

Die Vapour Strips werden in Siebe, Pakete und Beutel gegeben, um nachzuweisen, dass das Sterilisationsmittel bis zur Indikatorposition vorgedrungen ist.

Haben Sie Fragen? – E-Mail: askalbert@steris.com

Diese Produkte sind bleifrei hergestellt.